

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Aanhangen infuusleiding aan naald veneus poortsysteem

	score	
Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
Vorbereiding		
De student:		
- kan het doel van het aanhangen benoemen	0	0
- kan mogelijke complicaties benoemen	0	0
- zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne (haren bijeen, zuivere schort)	0	0
- wint informatie in over de patiënt en de toe te dienen zorgen	0	0
- doet juwelen uit	0	0
- wast / ontsmet de handen	0	0
- verzamelt de benodigdheden:		
- alcogel	0	0
- onderlegger	0	0
- steriel (naaldloos) afsluitdopje (connector) en driewegkraantje	0	0
- niet steriele handschoenen	0	0
- (gebruiksaanwijzing infuuspomp)		
- steriele kompressen	0	0
- infuusleiding	0	0
- desinfectans, alcohol 70 %	0	0
- pleister en veiligheidsspeld	0	0
- plastic) ampul NaCl 0,9 %	0	0
- infuusstandaard	0	0
- steriele spuit 10 ml (luerlock)	0	0
- naaldcontainer	0	0
- steriele optreknaald	0	0
- vuilbak	0	0
- infuusvloeistof en/of pomp	0	0
- controleert de infuusvloeistof en de gegevens van de patiënt	0	0
- maakt de infuuszak en/of pomp gereed voor toediening	0	0
Uitvoering		
- licht de patiënt in	0	0
- respecteert de privacy van de patiënt	0	0
- installeert de patiënt in een liggende of halfzittende houding	0	0

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
- ontsmet de handen	O	O
- ontsmet het werkvlak en legt de benodigdheden binnen handbereik	O	O
- koppelt het (naaldloos) afsluitdopje (connector) en het driewegkraantje aan de infuusleiding, raakt de uiteinden niet aan	O	O
- Legt het uiteinde van de infuusleiding (met het driewegkraantje en de connector) in de steriele verpakking	O	O
- Maakt een spuit met 10 ml NaCl 0,9% klaar en ontluicht de spuit.		
- Opent de ampul NaCl 0,9% open	O	O
- Plaatst de optreknaald op de spuit	O	O
- trekt 10 ml NaCl 0,9 % op in de spuit	O	O
- Ontluicht de spuit en doet de optreknaald in de naaldcontainer	O	O
- Legt de spuit op het werkveld of in de originele verpakking (Zorg dat de conus steriel blijft)	O	O
- Legt de onderlegger onder de connector en verbinding met de poortsysteemnaald	O	O
- doet niet steriele handschoenen aan	O	O
- neemt een steriele kompres met alcoholische oplossing	O	O
- Klemt het slangetje aan de poortsysteemnaald af	O	O
- Windt het alcoholgaasje om het aansluitpunt van de poortsysteemnaald en om de connector en maak deze in één draaiende beweging schoon. Laat gedurende 1 minuut drogen	O	O
- Laat het gaasje liggen onder de aansluitpunten	O	O
- Controleert de ligging en de doorgankelijkheid van het poortsysteem door bloed op te zuigen. Flush met NaCl 0,9 %.		
- Koppelt de spuit met NaCl 0,9 % aan de connector op de poortsysteemnaald	O	O
- Heft afklemming van het slangetje op	O	O
- Trekt de zuiger van de spuit iets terug om te zien of bloed terugstroomt	O	O
- Spuit met NaCl 0,9 % het slangetje schoon	O	O
- Klemt het slangetje af (en verwijdt de lege spuit met de connector van de poortsysteemnaald.)	O	O
- Gooit de spuit en de connector in de afvalbak	O	O
- Koppelt de infuusleiding (met daaraan gekoppeld driewegkraantje en connector) aan de poortsysteemnaald. Raakt de uiteinden niet aan.	O	O
- Open de infuusslang, driewegkraan en hef afklemming van het slangetje van de poortsysteemnaald op en start de toediening (volgens gebruiksinstructie van de pomp).	O	O
- Controleert de toedieningssnelheid en stelt deze eventueel bij (volgens gebruiksinstructie pomp).	O	O
- Trekt de handschoenen uit.	O	O

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
----------------------------------	------	------

Bevestigt de infuusslang met behulp van pleister en veiligheidsspeld aan de kleding van cliënt	0	0
--	---	---

Nazorg

- Installeert de patiënt in een goede houding	0	0
- Bevraagt de beleving van de patiënt	0	0
- Ruimt materialen op	0	0
- Past handhygiëne toe	0	0
- Noteert tijdstip van aanhangen, gebruikte vloeistof en toedieningssnelheid en bevindingen in het verpleegdossier (observatie huid,...)	0	0
- Tekent de zorg af	0	0