

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Tracheostomie: vervanging van de binnencanule Hygiënische wijze
--

score

Degene die de handeling uitvoert

goed

fout

Vorbereiding

De student :

- | | | |
|--|---|---|
| - Informeert zich over de specifieke toestand van de patiënt | 0 | 0 |
| - Informeert de patiënt | 0 | 0 |
| - Informeert zich over de specifieke richtlijnen van de afdeling | 0 | 0 |
| - Wast de handen | 0 | 0 |
| - Zet de benodigdheden klaar: | 0 | 0 |
| o Verbandwagen | | |
| o Kiemarme handschoenen | | |
| o Basis set wondzorg | | |
| o Extra steriele kompressen (5x5) | | |
| o Extra steriele kompressen (10x10) | | |
| o Extra steriel pincet of steriele kocher | | |
| o Steriele Matalline®tracheostomie splitkompres | | |
| o Nieuw fixatielint | | |
| o Steriel verpakte binnencanule | | |
| o Zuurstofwater | | |
| o 2 flacons NaCl 0,9 % | | |

Uitvoering

Vorbereiding materiaal

- | | | |
|---|---|---|
| - Identificeert de juiste patiënt | 0 | 0 |
| - Ontsmet de handen | 0 | 0 |
| - Opent de wondzorg set | 0 | 0 |
| - Legt het steriele veld klaar | 0 | 0 |
| - Legt de deppers in het steriele veld | 0 | 0 |
| - Legt een extra steriele pincet en/of kocher klaar | 0 | 0 |

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
- Giet zuurstofwater in het compartiment van de blister waar de deppers zaten	0	0
- Opent 1 flacon NaCl 0,9 % en giet dat in het kleine compartiment van de blister	0	0
- Opent de 2 ^{de} flacon NaCl 0,9 % en zet de flacon naast het steriele veld	0	0
- Legt de extra steriele kompressen 5 x 5 op het steriele veld	0	0
- Opent de steriele kompressen met de 2 pincetten	0	0
- Legt een steriele Metalline® kompres in het steriele veld	0	0
- Legt een nieuw fixatielint, buiten het steriele veld klaar	0	0
Voorbereiding van de patiënt		
- Legt een onderlegger onder het hoofd van de patiënt	0	0
- Opent de kledij van de patiënt, zodat die niet bevuild wordt	0	0
Vervangen van de binnen canule		
- Trekt kiemarme handschoenen aan	0	0
- Haalt de gereinigde canule uit de verpakking	0	0
- Ontkoppelt de zuurstof (indien van toepassing)	0	0
- Verwijdert de binnencanule, door de canule een kwart naar links te draaien (tegen de wijzers van de klok – biedt hierbij tegendruk op het halsplaatje)		
- Plaatst de reservecanule		
- Sluit de canule voor deze een kwartslag naar recht te draaien	0	0
- Legt de vuile canule in het compartiment met het zuurstofwater	0	0
- Reinigt de binnencanule	0	0
- Plaatst de gereinigde canule tussen de 2 kompressen en sluit de verpakking	0	0
- Koppelt de zuurstof terug aan (indien van toepassing)	0	0
Wondzorg		
- Koppelt één kant van het fixatielint los	0	0
- Blijft steeds het halsplaatje fixeren	0	0
- Reinigt de bovenkant van de tracheostomie met een depper met NaCl 0,9 %	0	0

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
- Doet hetzelfde met de onderkant	0	0
- Droogt de bovenkant van de tracheostoma met een droge depper	0	0
- Doet hetzelfde met de onderkant	0	0
- Neemt het nieuwe splitkompres uit het steriele veld en plaatst dit voorzichtig rond de tracheostomie	0	0
- Doet het (oude)fixatielint aan de andere kant ook los en verwijdt het lint	0	0
- Neemt het nieuwe fixatielint en maakt het aan beide kanten vast	0	0
Reinigen van de binnencanule		
- Schuift het steriele veld wat omhoog	0	0
- Verwijder de binnencanule met niet steriele handschoenen	0	0
- Leg de canule in zuurstofwater	0	0
- Neemt met het pincet 1 kompres 5 x 5 en maakt deze nat in het zuurstofwater	0	0
- Trekt het opengeplooid kompres door de canule	0	0
- Droogt nog eens na met een droog kompres	0	0
- Spoelt de canule af met de 2 ^{de} flacon NaCl0.9%, binnen-en buitenkant	0	0
- Trekt een droog kompres door de canule	0	0
- Neemt een kompres 5x5 en droogt de buitenkant van de canule	0	0
- Legt de gereinigde canule in het steriele veld	0	0
- Opent de verpakking van de kompressen 10 x 10	0	0
- Plaatst de gereinigde canule tussen de 2 kompressen en sluit de verpakking	0	0