

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Klaarmaken en toedienen van medicatie via perfusorspuit (of spuitpomp)

In deze observatielijst gaan we er vanuit dat patiënt een perifeer infuussysteem heeft met een **driewegkraan** waarlangs de patiënt een continu waakinfuus over 24 uur krijgt toegediend en daarnaast dient nu via een **spuitpomp** specifieke medicatie gegeven te worden.

	score	
Degene die de handeling uitvoert	goed	fout

Vorbereiding

De student :

- | | | |
|---|---|---|
| - Informeert zich over specifieke toestand pat. | 0 | 0 |
| - Informeert zich over de specifieke richtlijnen van de afdeling, raadpleegt het protocol | 0 | 0 |
| - Raadpleegt het verpleegkundig dossier en voorschrift arts | 0 | 0 |
| ▪ geeft dosis, toedieningswijze en tijdstip van toediening | 0 | 0 |
| ▪ kent werking en evt. bijwerking van medicatie (of zoekt op) | 0 | 0 |
| ▪ controleert juistheid van patiëntengegevens | 0 | 0 |
| ▪ berekent juiste inloopsnelheid van de spuitpomp (ml/uur) | 0 | 0 |

Verzamel het materiaal

- | | | |
|--|---|---|
| - Vialflex® met oplosvloeistof, vlg. voorschrift | 0 | 0 |
| - voorgeschreven medicatie | 0 | 0 |
| - spuiten (aantal spuiten afhankelijk van het aantal deelproducten) | 0 | 0 |
| - optreknaalden (optreknaalden afhankelijk van het aantal deelproducten) | 0 | 0 |
| - spuitpomp en spuit (meestal 50 ml, luerlock) | 0 | 0 |
| - steriele spuitpompleiding | 0 | 0 |
| - KV kompres en desinfectans | 0 | 0 |
| - etiket "toegevoegd medicament" | 0 | 0 |
| - extra KV kompressen | 0 | 0 |
| - driewegkraan | 0 | 0 |

Wast/ontsmet de handen (conform handhygiëne)	0	0
--	---	---

Uitvoering techniek

- Informeert de patiënt over doel en werkwijze van de handeling	0	0
- Regel van 5 controleren: juiste patiënt, juiste dosis, juiste toedieningswijze, juiste medicatie, tijdstip van toediening	0	0
- Verwijdert de verpakking van de perfusorspuit	0	0
- Zet optreknaald op de conus	0	0
- Verwijdert verpakking van de Viaflex®	0	0
- Desinfecteert zo nodig het inspuitpunt	0	0
- Maakt spuitpomp correct klaar vlg. alg. principes: correcte dosis medicatie (ampul of flacon) en correcte hoeveelheid oplosmiddel	0	0
▪ Eerst oplosmiddel in spuit van 50 ml optrekken, hierna medicatie	0	0
- Brengt etiket met juiste gegevens op spuit aan	0	0
- Schakelt driewegkraan aan op de perfusorspuit	0	0
- Schakelt spuitpompleiding aan op de perfusorspuit	0	0
- Purgeert het geheel	0	0
- Plaatst perfusorspuit in de spuitpomp	0	0
- Sluit de spuitpompleiding aan op de 3-wegkraan van het infuus	0	0
- Controleert of bestaand infuus nog goed zit (reflux-test!)	0	0
- Controleert insteekplaats	0	0
- Schakelt spuitpomp in aan de juiste inloopsnelheid	0	0

Nazorg

- Ruimt materialen op	0	0
- Geeft oproepsysteem in handbereik van patiënt	0	0
- Installeert de patiënt in een comfortabele houding	0	0
- Heeft aandacht voor privacy en beleving van patiënt	0	0
- Vraagt naar de ervaringen dan patiënt/ observeert de pat op werking/nevenwerkingen van medicatie	0	0
- Wast/ontsmet de handen	0	0
- Rapporteert relevante gegevens in het verpleegdossier	0	0
▪ Observatie insteekpunt		
▪ Dosis medicatie		
▪ Toedieningssnelheid		
▪ Aftekenen in het verpleegdossier		

Nota:

• Weet dat perfusorspuit 1 x / 24u. vervangen wordt	0	0
---	---	---